

令和 8 年 10 月 6 日

伊万里有田共立病院 バイタル測定支援システム導入業務に関する質疑応答

伊万里有田共立病院
病院事業管理者 桃崎 宣明

項目名	バイタル測定機器導入に係る仕様書
質問	仕様書に記載の「(1) 基本仕様 (共通要件)」および「(2) 機器別仕様」について、次のいずれの位置づけとなるかご教示ください。 ①記載項目をすべて満たしていることが、参加・選定の必須条件となるのか。 ②一部満たさない項目がある場合でも提案は可能であり、選定時の評価項目として総合的にご判断いただくものなのか。
回答	②となります。

項目名	電子カルテ連携費用
質問	予定金額にシステム接続料が含まれていますでしょうか。通常は、電子カルテへの接続は、電子カルテベンダー（株式会社シーエスアイ）様より実施していただく形となりますため、切り分けてお取扱いを頂いております。今回の公募におきますお取扱いにつきましてご教示いただけないでしょうか。
回答	バイタル測定機器利用に係る電子カルテ改修費用は、別に当院が直接シーエスアイ様に発注して費用を支払いますので、見積には含めずご提案ください。

項目名	電子カルテ連携費用
質問	電子カルテ連携に係る電子カルテベンダー側の接続・設定費用についても、提案者の見積金額に含めるものと理解してよろしいでしょうか。
回答	バイタル測定機器利用に係る電子カルテ改修費用は、別に当院が直接シーエスアイ様に発注して費用を支払いますので、見積には含めずご提案ください。

項目名	入札参加資格																
質問	製造メーカーが直接病院様にご販売できない場合、代理店の参加は可能でしょうか。																
回答	本件は当院が令和 8 年 5 月 8 日に規定した「伊万里有田共立病院 医療情報システム契約に関する基本方針」にそって参加者の提案内容を判断します。 この方針に従い、業務のうち、 <table><tr><th>業務内容</th><th>担当</th></tr><tr><td>販売（販売、納品、請求等）</td><td>代理店</td></tr><tr><td>導入作業</td><td>製造メーカー</td></tr><tr><td>設定作業</td><td>製造メーカー</td></tr><tr><td>保守対応</td><td>製造メーカー</td></tr><tr><td>障害対応</td><td>製造メーカー</td></tr><tr><td>技術支援</td><td>製造メーカー</td></tr><tr><td>ソフト改修・パッチ適用支援</td><td>製造メーカー</td></tr></table> と役割分担が明記された当院、製造メーカー、代理店の三者契約を締結できるのであれば、代理店の参加を認めます。 そのような契約形態を予定する場合は、提案書に製造メーカーと代理店の同意が取れている事が分かる書面を含めてください。 なお、製造メーカーと代理店のうち、代理店が提案主体となることも本件では認めますが、例えば保守体制等に関する説明等において代理店側の状況を述べられる事は、当院側の意図に沿わないこととなりますので、上記業務分担に沿った提案内容としてください。 （補足説明） 「医療情報システム」とは、代表的なものとして電子カルテ及びそれに関連性があるシステムの事を指しています。これは医療機器のハードウェアのみでなく、電子カルテと関連するソフトウェアを含むシステムです。 ソフトウェアを含む場合、単純な機器納品やハードウェアの故障対応などの保守だけでなく、ソフトウェアの設定や調整なども導入、保守作業に含まれます。電子カルテ上のデータ取扱いの調整、また使用開始後の現場側の要望により効率的なデータ処理のためにソフトウェアを改修する作業などが発生します。これらの作業は、代理店では行えない業務であると判断しています。 今回のバイタル測定支援機器についてもソフトウェアの要素が含	業務内容	担当	販売（販売、納品、請求等）	代理店	導入作業	製造メーカー	設定作業	製造メーカー	保守対応	製造メーカー	障害対応	製造メーカー	技術支援	製造メーカー	ソフト改修・パッチ適用支援	製造メーカー
業務内容	担当																
販売（販売、納品、請求等）	代理店																
導入作業	製造メーカー																
設定作業	製造メーカー																
保守対応	製造メーカー																
障害対応	製造メーカー																
技術支援	製造メーカー																
ソフト改修・パッチ適用支援	製造メーカー																

	まれるシステムであり、例えば測定したバイタル値を電子カルテ上のどこに表示させるか等の初期調整、使用開始後に電子カルテの別の場所にバイタル値を表示させたいなどの現場要望が上がってくる可能性があり、よってこの機器は「医療情報システム契約に関する基本方針」に従って契約すべき器機である、と判断しています。 販売代理店様が、納品、請求、また軽微な故障に関する対応などをこれまで通り行って頂くことについては何ら問題はありません。ただ、上記のようなソフトウェアに関する要望などが上がってきた際に、製造メーカー様と直接協議できる窓口を確保しておきたい、ということが当院側の希望であるということです。
--	--

項目名	
質問	当社がご提案するシステムの標準機能に「複数人の血糖測定値を一括で取り込む機能」がございます。対応する血糖測定器を提案内容に追加させていただく事は可能でしょうか。
回答	仕様に含めている内容ではなく、メリットデメリットの検証はさせていただく必要がありますが、提案内容に追加させていただくことは可能です。

項目名	血統測定値について
質問	1. NFC 通信可能な LifeScan 製血糖測定器【スタットストリップ】での代替提案を行いたいのですが、必要血液量は $1.2\mu\text{L}$ であり、仕様書記載の「$0.5\mu\text{L}$ 以下」の条件を満たしません。ですが、測定精度を担保するために設定された仕様であり、臨床上十分な性能を有しております。同等品として提案及び評価対象と認めていただけますでしょうか。 2. LifeScan 製血糖測定器【スタットストリップ】を提案する場合も、45 台での提案でよろしいでしょうか。
回答	1. スタットストリップでの代替提案は可能です。 2. 仕様書に記載の通りです。